



교 정 성 적 서

CALIBRATION CERTIFICATE



서울특별시 영등포구 선유로 11 KT&G빌딩 5층
Tel: 02-2620-8100, Fax: 02-2679-9853

성적서번호(Certificate No)
TT-21-0229

페이지 (1) / (총 2)

1. 의뢰자(Client)

- 기관명(Name) : 동국대학교 의료원
- 주 소(Address) : 경기도 고양시 일산동구 동국로27(식사동)

2. 측정기(Calibration Subject)

- 기 기 명(Description) : 온라인데이터로거(온도)
- 제작회사 및 형식(Manufacturer & Model Name) : TESTO / Saveris2 T3
- 기기번호(Serial Number) : 54704396

3. 교정일자(Date of Calibration) : 2021.03.22

4. 교정환경(Environment)

- 온 도(Temperature) : (24.0 ± 0.6) °C 습 도(Humidity) : (40 ± 7) % R.H.
 - 교정장소(Location) : ☒ 고정표준실(Testo Korea Lab) ☐ 이동교정(Mobile Lab) ☐ 현장교정(On Site Calibration)
- (주소 : 서울특별시 영등포구 선유로 11)

5. 측정표준의 소급성(Traceability)

- 교정방법 및 소급성(Calibration method and/or brief description)
상기 기기는 온도 지시/기록/제어장치의 표준교정지침서(TESTO-LI-50102)에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래의 표준장비를 이용하여 교정되었다.
- 교정에 사용한 표준장비 명세(List of used standards/specifications)

기기명 (Description)	제작회사 및 형식 (Manufacturer and Model)	기기번호 (Serial Number)	차기교정예정일자 (The due date of next Calibration)	교정기관 (Calibration laboratory)
PRT	FLUKE 5616-12-09	76242	2022.02.15	테스토코리아(유)
SUPER THERMOMETER	FLUKE / 1594A	B65308	2021.06.02	한국캘랩㈜
HIGH PRECISION BATH	FLUKE / 7340	A71147	2021.08.10	KTICC

6. 교정결과(Calibration result) : 교정결과 참조(Refer attached documents)

7. 측정불확도(Measurement uncertainty) : 교정결과 참조(Refer attached documents)

확 인 (Affirmation)	작성자(Performed by) 성 명(Name) : 윤 희 은 (서명)	승인자(Approved by) 직 위(Title) : 기술책임자(장) 성 명(Name) : 구 익 상 (서명)
----------------------	--	--

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다.

(The above calibration certificate is the accredited calibration items by Korea Laboratory Accreditation Scheme which signed the ILAC-MRA.)
2021.03.23

한국인정기구 인정
(Accredited by KOLAS, Republic of KOREA)

테스토코리아(유) 대표이사




☞ 교정성적서에 대한 진위 확인은 당사 교정팀 (02-2620-8172)으로 문의 바랍니다

☞ 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.

TESTO-LP-17-01 (1)

A4 (210×297) mm



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : SGQR6nWpDPc=





교 정 결 과

CALIBRATION RESULT
성적서번호 : TT-21-0229



페이지 (2) / (총 2)

- ▣ 기 기 명 (Description) : 온라인데이터로거(온도)
- ▣ 제작회사 및 형식 (Manufacturer & Model Name) : TESTO / Saveris2 T3
- ▣ 기기번호 (Serial Number) : 54704396

1. Temperature Calibration (Unit : ℃)

기준값	지시값	보정값	측정불확도 (신뢰수준 약 95 %, $k = 2$)
10.00	10.1	-0.1	0.2
20.00	20.1	-0.1	0.2
30.00	30.1	-0.1	0.2

- ※ 보정값 = 기준값 - 지시값.
- ※ 상기기기의 교정결과는 외부형 센서를 포함한 것임.
- ※ 고객의 요청에 따라 1번 채널만 측정함. 끝.

