



교정 성적서

코리아인스트루먼트 (주)

서울특별시 구로구 남부순환로 1303

Tel : 02-863-1901, Fax : 02-863-1905

성적서번호 : 22008908-2

Page : (1) / (2)



1. 의뢰자

기관명 : 동국대학교의료원

주 소 : 경기 고양시 일산동구 동국로 27

2. 측정기

기 기 명 : 디지털 온도계(Data Logger)

제작회사 및 형식 : TESTO / SAVERIS2-T3

기기번호 : 0054704396

3. 교정일자

: 2022. 04. 04.

4. 교정환경

- 온도 : (23.4 ± 0.4) °C

- 습도 : (49 ± 3) % R.H.

- 교정장소 ☒ 고정표준실

☐ 이동교정

☐ 현장교정

(주소 : 서울특별시 구로구 남부순환로 1303)

5. 측정표준의 소급성

교정방법 및 소급성 서술

상기 기기는 온도지시/기록/제어장치의 교정작업지침서(CP-50102)에 의거하여 국가측정표준기관으로부터 SI 단위로 측정의 소급성이 확보된 아래의 표준기를 이용하여 교정되었습니다.

교정에 사용한 표준장비 명세

기기명	제작회사 및 형식	기기번호	차기 교정 예정일자	교정기관
DOCUMENTING PROCESS CALIBRATOR	FLUKE / 743B	7570001	2023.01.08	코리아인스트루먼트(주) 지점

6. 교정결과 :

교정결과 참조

7. 측정불확도 :

교정결과 참조

확인	작성자	승인자
	성 명 : 김지호 	직 위 : 기술책임자 성 명 : 김남석 


위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다.



한국인정기구 인정

2022. 04. 05

코리아인스트루먼트(주) 대표이사



㈜ 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.



교 정 결 과

성 적 서 번 호 : 22008908-2

기 기 명 : 디지털 온도계(Data Logger)

제 작 회 사 : TESTO

기 기 번 호 : 0054704396

형 식 : SAVERIS2-T3



1. 온도 교정 (Temperature Calibration)

Type	채널 Channel	기준값 Reference	측정값 Measured value	보정값 Correction value	측정불확도 Measurement uncertainty
K	CH 1	10.00 ℃	9.7 ℃	0.3 ℃	0.6 ℃
분해능		20.00 ℃	19.7 ℃	0.3 ℃	0.6 ℃
0.1 ℃		30.00 ℃	29.7 ℃	0.3 ℃	0.6 ℃

※ 측정불확도 신뢰수준(Measurement uncertainty confidence level is approximately) 약 95 %, $k = 2$

- 끝(END)-

※ 교정대상 및 주기설정을 위한 지침(KOLAS-G-008) 관련주기 : 12 개월

(Guidelines for the establishment of calibration intervals and measuring instruments according to KOLAS-G-008 : calibration interval - 12 months)