

2023년

임상시험센터 예방점검표



확 인	사용부서장	인공탐당자
		0 15현
	10 / 12	10 / 12

예 방 점 검 표

점검 확인	사용부서	임상시험센터			점검일자	2023-10-12	
	점검자	정다경 (인)	사용부서장	(인)	의공담당자	(인)	
장비 재원	장비번호	FBBEC120001	코드명	혈압측정기/S			
	장비명	AUTOMATIC BLOOD PRESSURE/F		Serial_No	01		
	취득일	2013-01-01	대리점		제조사		

Check List					
대상여부	점검사항	점검내용	대상여부	점검사항	점검내용
Y	외관 상태 점검	정상	Y	Power on/off	정상
Y	정상작동(Operation) 점검	정상		Error 상태 점검	
Y	Cleaning	정상		Self test function 점검	
Y	Alarm check	정상		날짜/시간 Setting	
	설정에너지점검/50[J]/150[J]/200[J]			Output Power(Cut)	
	Output Power(Coagulation)		Y	Accessory 점검	정상
Y	조작판넬 기능 점검	정상		상황별 Clamp 작동 점검	
	주입속도 및 용량 점검			Battery 구동 시 작동 점검	
	누설전류 및 Safety 상태 점검			PC 부팅 점검	
	Display 점검			심박수(Heart rate) 점검	
	Network(ERP System, 이미지 등) 점검			기록장치(Printer) 점검	
	누수 점검		Y	보관대/Cart 상태 점검	정상
	Sound noise 점검			Plate 연결 상태 점검	
	3P 플러그의 접지단자와 의료기기간 점검			멸균시간동안 증기압력 및 온도점검	
	고내의 기밀상태유지 점검(leak test)			배관 및 Chamber 상태 점검	
	소모성부품(Filter, Lamp 등) 점검			R-wave sync 점검	
기타					
종합의견					

예 방 점 검 표

점검 확인	사용부서	임상시험센터	점검일자	2023. 10. 12
	점 검 자	정다영 지영	사용부서장	(인) 의공담당자 (인)

장비 재원	장비번호		장 비 명	Height - weight scale / Auto
	모 델 명	GL-150	Serial_No	
	취 득 일		대 리 점	제 조 사

Check List

대상여부	점 검 사 항	점 검 내 용	대상여부	점 검 사 항	점 검 내 용
Y	외관상태 점검	정상	Y	Power on/off	정상
Y	정상작동(operation) 점검	정상		Error 상태 점검	
Y	cleaning	정상		self test function 점검	
	Alarm check			날짜/시간 setting	
	설정에너지점검/50[J]/150[J]/200[J]			Output Power(cut)	
	Output Power(coagulation)			Accessory 점검	
Y	조작판넬 기능점검	정상		상황별 clamp 작동점검	
	주입속도 및 용량점검			battery 구동 시 작동점검	
	누설전류 및 safety 상태 점검			PC 부팅 점검	
Y	Display 점검	정상		심박수(heart rate) 점검	
	Network(EMR System, 이미지 등) 점검			기록장치(printer) 점검	
	누수 점검			보관대/cart 상태 점검	
	sound noise 점검			plate 연결 상태 점검	
	3P 플러그의 접지단자와 의료기간 점검			혈관시간동안 중기압력 및 온도점검	
	고내의 기밀상태유지 점검(leak test)			배관 및 chamber 상태점검	
	소모성부품(filter, lamp 등) 점검			R-wave sync 점검	

기 타

종합의견

