


2023년

임상시험센터 예방점검표



확 인	사용부서장	인공탐당자
		이수현
	10 / 12	10 / 12

예 방 점 검 표

점검 확인	사용부서	임상시험센터			점검일자	2023-10-12	
	점검자	정다경 (인)	사용부서장	(인)	의공담당자	(인)	
장비 재원	장비번호	FBAEA080001	코드명	심전도기			
	장비명	ELECTROCARDIOGRAPH		Serial_No	US10922424		
	취득일	2009-01-15	대리점		제조사		

Check List

대상여부	점검사항	점검내용	대상여부	점검사항	점검내용
Y	외관 상태 점검	정상	Y	Power on/off	정상
Y	정상작동(Operation) 점검	정상		Error 상태 점검	
Y	Cleaning	정상		Self test function 점검	
Y	Alarm check	정상		날짜/시간 Setting	
	설정에너지점검/50[J]/150[J]/200[J]			Output Power(Cut)	
	Output Power(Coagulation)		Y	Accessory 점검	정상
Y	조작판넬 기능 점검	정상		상황별 Clamp 작동 점검	
	주입속도 및 용량 점검			Battery 구동 시 작동 점검	
	누설전류 및 Safety 상태 점검			PC 부팅 점검	
	Display 점검			심박수(Heart rate) 점검	
	Network(ERP System, 이미지 등) 점검			기록장치(Printer) 점검	
	누수 점검		Y	보관대/Cart 상태 점검	정상
	Sound noise 점검			Plate 연결 상태 점검	
	3P 플러그의 접지단자와 의료기기간 점검			멸균시간동안 증기압력 및 온도점검	
	고내의 기밀상태유지 점검(leak test)			배관 및 Chamber 상태 점검	
	소모성부품(Filter, Lamp 등) 점검			R-wave sync 점검	
기타					
종합의견					