

디프리저 온도기록지

위치: CTC 연구병동 앞
모델명: DF8530(J)

날짜	요일	DEEPPFREEZER(2)		확인자
		설정온도 -83		
2023-09-01	금	-83.0	-82.4	윤소연
2023-09-02	토	-83.0		
2023-09-03	일	-83.0		
2023-09-04	월	-83.0	-84.1	윤소연
2023-09-05	화	-83.0	-83.8	윤소연
2023-09-06	수	-83.0	-83.6	윤소연
2023-09-07	목	-83.0	-82.9	윤소연
2023-09-08	금	-83.0	-83.3	윤소연
2023-09-09	토	-83.0		
2023-09-10	일	-83.0		
2023-09-11	월	-83.0	-82.9	윤소연
2023-09-12	화	-83.0	-82.5	윤소연
2023-09-13	수	-83.0	-81.5	윤소연
2023-09-14	목	-83.0	-82.9	윤소연
2023-09-15	금	-83.0	-83.2	윤소연
2023-09-16	토	-83.0		
2023-09-17	일	-83.0		
2023-09-18	월	-83.0	-82.3	윤소연
2023-09-19	화	-83.0	-83.0	윤소연
2023-09-20	수	-83.0	-83.8	윤소연
2023-09-21	목	-83.0	-82.0	윤소연
2023-09-22	금	-83.0	-83.1	윤소연
2023-09-23	토	-83.0		
2023-09-24	일	-83.0		
2023-09-25	월	-83.0	-83.6	윤소연
2023-09-26	화	-83.0	-83.1	윤소연
2023-09-27	수	-83.0	-83.1	윤소연
2023-09-28	목	-83.0		
2023-09-29	금	-83.0		
2023-09-30	토	-83.0		