

교정 성적서



CALIBRATION CERTIFICATE

한국에이.엔.디(주) 경기도 하남시 미사강변한강로 135 스카이폴리스 다동 733~735호 Tel: 02-842-4101, Fax: 02-842-4102	성적서 번호 A24-0954-001 페이지 (1) / (총 2)	
--	---	------

- 의뢰자 (Client)**
 기관명 (Name) : 동국대학교 의료원 (일산)
 주 소 (Address) : 경기도 고양시 일산동구 동국로 27 (식사동)
- 측정기 (Calibration Subject)**
 기기명 (Description) : 디지털 온도계
 제작회사 및 형식 (Manufacturer and Model Name) : TESTO / Saveris 2 T3
 기기번호 (Serial Number) : 0054704396
- 교정일자 (Date of Calibration) :** 2024. 11. 19.
- 교정환경 (Environment)**
 온도 (Temperature) : (23.1 ± 0.4) °C 습도 (Humidity) : (48 ± 4) % R.H.
 교정장소 (Location) : 교정표준실 (Permanent Calibration Lab.)
 주 소 (Address) : 경기도 하남시 미사강변한강로 135 스카이폴리스 다동 733~735호
- 측정표준의 소급성 (Traceability)**
 교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description)
 상기의 기기는 온도 지시계; 지시/기록/조절계의 교정지침서(AND-CS-50102)에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 유지된 당사의 보유 표준장비를 사용하여 교정을 실시하였음.

교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기 기 명 (Description)	제작회사 및 형식 (Manufacturer and Model Name)	기기번호 (Serial Number)	차기교정에정일자 (The due date of next calibration)	교정기관 (Calibration laboratory)
디지털온도계	TERMEX/LTA-E	872520	2024. 12. 21.	NOVA
HIGH PRECISION BATH	FLUKE/7381	C39796	2024. 12. 19.	NOVA
CALIBRATION BATH	TERMEX/THERMOTEST-100-40	702130	2024. 12. 19.	NOVA

- 교정결과 (Calibration result) :** 교정결과 참조
- 측정불확도 (Measurement uncertainty) :** 교정결과 참조

확 인 (affirmation)	작 성 자 (Measurements performed by)	승 인 자 (Approved by)
	성 명 (Name) : 박 귀 남 (서명)	직 위 (Title) : 기술 책임 자 (정) 성 명 (Name) : 박 종 환 (서명)

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition-Arrangement)에 서명한 한국인정기구 (KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다.

2024. 11. 19.

한국인정기구 인정

한국 에이.엔.디(주) 대표이사

A&D Korea Co., Ltd.



- (참1.이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.
 2.이 성적서는 상기 교정기에 한하여 유효하며, 한국 에이.엔.디(주) 대표이사 승인없이 수정 또는 재발행 할 수 없습니다.
 3.이 성적서의 진위여부 확인이 필요할 시 02-842-4101로 연락주시기 바랍니다.

교 정 결 과

CALIBRATION RESULTS



한국에이.엔.디(주)

경기도 하남시 미사강변한강로 135 스카이폴리스
다동 733~735호

Tel: 02-842-4101, Fax: 02-842-4102

성적서 번호

A24-0954-001

페이지 (2) / (총 2)



1. 교 정 기 기

- 기 기 명(Description) : 디지털 온도계
- 제작회사 및 형식(Manufacturer and Model Name) : TESTO / Saveris 2 T3
- 기기번호(Serial Number) : 0054704396

2. 온 도

CH	기준온도 (℃)	측정온도 (℃)	보정값 (℃)	측정불확도 (℃)
				(신뢰수준 약 95 %, $k = 2$)
1	-40.0	-40.1	0.1	0.1
	-35.0	-34.9	-0.1	0.1
	-30.0	-30.1	0.1	0.1
2	10.0	10.2	-0.2	0.1
	20.0	20.0	0.0	0.1
	30.0	30.0	0.0	0.1

※ Measurement Method : Including Sensor

※ Sensor TYPE : TC (T-TYPE)

※ 보정값 = (기준온도 - 측정온도). 끝.

