

예 방 점 검 표

점검 확인	사용부서	임상시험센터			점검일자	2024. 10. 11	
	점검자	정인자 Jung	사용부서장	김지현 Kim	외공담당자	박범용	박영준

장비 재원	장비번호	VP0080637	장비명	신체계측기 (Height-Weight Scale/AUTO)			
	모델명	GL-150	Serial_No	VP0080637			
	취득일		대리점		제조사	지테크인터네셔널	

Check List

대상여부	점검사항	점검내용	대상여부	점검사항	점검내용
Y	외관 상태 점검	정상	Y	Power on/off	정상
Y	정상작동(Operation) 점검	정상		Error 상태 점검	
Y	Cleaning	정상		Self test function 점검	
	Alarm check			날짜/시간 Setting	
	설정에너지점검/50[J]/150[J]/200[J]			Output Power(Cut)	
	Output Power(Coagulation)		Y	Accessory 점검	정상
Y	조작판넬 기능 점검	정상		상황별 Clamp 작동 점검	
	주입속도 및 용량 점검			Battery 구동 시 작동 점검	
	누설전류 및 Safety 상태 점검			PC 부팅 점검	
Y	Display 점검	정상		심박수(Heart rate) 점검	
	Network(ERP System, 이미지 등) 점검			기록장치(Printer) 점검	
	누수 점검			보관대/Cart 상태 점검	
	Sound noise 점검			Plate 연결 상태 점검	
	3P 플러그의 접지단자와 의료기기간 점검			평균시간동안 증기압력 및 온도점검	
	고내의 기밀상태유지 점검(leak test)			배관 및 Chamber 상태 점검	
	소모성부품(Filter, Lamp 등) 점검			R-wave sync 점검	

기타	
종합의견	정상 작동 확인