

디프리저(2) 온도기록지

위치: CTC 연구병동 앞

모델명: DF8520(J)

날짜	요일	시간	DEEPPFREEZER(2)	작성자/서명	비고
			온도 -80도이하		
2024-12-01	일				
2024-12-02	월	08:38	-81.0	정영진 / ✓	
2024-12-03	화	08:59	-81.7	정영진 / ✓	
2024-12-04	수	08:37	-82.3	정영진 / ✓	
2024-12-05	목	08:38	-82.4	정영진 / ✓	
2024-12-06	금	08:36	-81.3	정영진 / ✓	
2024-12-07	토				
2024-12-08	일				
2024-12-09	월	08:39	-82.4	정영진 / ✓	
2024-12-10	화	08:56	-84.0	정영진 / ✓	
2024-12-11	수	08:38	-81.2	정영진 / ✓	
2024-12-12	목	08:39	-81.2	정영진 / ✓	
2024-12-13	금	08:35	-82.1	정영진 / ✓	
2024-12-14	토				
2024-12-15	일				
2024-12-16	월	08:39	-80.9	정영진 / ✓	
2024-12-17	화	08:29	-83.6	유지숙 / ✓	
2024-12-18	수	08:33	-82.2	유지숙 / ✓	
2024-12-19	목	08:18	-82.9	유지숙 / ✓	
2024-12-20	금	08:30	-82.6	유지숙 / ✓	
2024-12-21	토				
2024-12-22	일				
2024-12-23	월	08:30	-81.4	유지숙 / ✓	
2024-12-24	화	08:20	-84.0	유지숙 / ✓	
2024-12-25	수	08:29	-86.8	정영진 / ✓	
2024-12-26	목				
2024-12-27	금	08:35	-80.8	유지숙 / ✓	
2024-12-28	토				
2024-12-29	일				
2024-12-30	월	08:24	-83.8	유지숙 / ✓	
2024-12-31	화	08:31	-82.7	유지숙 / ✓	