

날짜	요일	DEEPPFREEZER(2)		확인자
		설정온도 -83		
2024-05-01	수	-83.0		
2024-05-02	목	-83.0	-83	정 다 경
2024-05-03	금	-83.0	-83.3	정서현
2024-05-04	토	-83.0		
2024-05-05	일	-83.0		
2024-05-06	월	-83.0		
2024-05-07	화	-83.0	-84	정서현
2024-05-08	수	-83.0	-84	정서현
2024-05-09	목	-83.0	-84.2	정서현
2024-05-10	금	-83.0	-84.5	정서현
2024-05-11	토	-83.0		
2024-05-12	일	-83.0		
2024-05-13	월	-83.0	-84	정서현
2024-05-14	화	-83.0	-83	정서현
2024-05-15	수	-83.0		
2024-05-16	목	-83.0	-84	정서현
2024-05-17	금	-83.0	-84	정서현
2024-05-18	토	-83.0		
2024-05-19	일	-83.0		
2024-05-20	월	-83.0	-83	정서현
2024-05-21	화	-83.0	-83	정서현
2024-05-22	수	-83.0	-83	정서현
2024-05-23	목	-83.0	-83	정서현
2024-05-24	금	-83.0	-83	정서현
2024-05-25	토	-83.0		
2024-05-26	일	-83.0		
2024-05-27	월	-83.0	-84	정서현
2024-05-28	화	-83.0	-83	정서현
2024-05-29	수	-83.0	-83	정서현
2024-05-30	목	-83.0	-83	정서현
2024-05-31	금	-83.0	-83	정서현