

디프리저(2) 온도기록지

위치: CTC 연구병동 앞

모델명: DF8520(J)

날짜	요일	시간	DEEFPREEZER(2)	작성자/서명	비고
			온도 -80도이하		
2024-10-01	화				
2024-10-02	수	08:40	-83.5	정서현/4h	
2024-10-03	목				
2024-10-04	금	08:39	-82.3	정서현/4h	
2024-10-05	토				
2024-10-06	일				
2024-10-07	월	08:38	-81.0	정서현/4h	
2024-10-08	화	08:38	-83.8	정서현/4h	
2024-10-09	수				
2024-10-10	목	08:36	-81.9	정서현/4h	
2024-10-11	금	08:36	-82.4	정서현/4h	
2024-10-12	토				
2024-10-13	일				
2024-10-14	월	08:36	-82.2	정서현/4h	
2024-10-15	화	08:31	-82.8	정서현/4h	
2024-10-16	수	08:36	-84.0	정서현/4h	
2024-10-17	목	08:36	-81.2	정서현/4h	
2024-10-18	금	08:36	-81.1	정서현/4h	
2024-10-19	토				
2024-10-20	일				
2024-10-21	월	08:39	-82.6	정서현/4h	
2024-10-22	화	08:39	-83.9	정서현/4h	
2024-10-23	수	08:31	-83.5	정서현/4h	
2024-10-24	목	08:38	-82.2	정서현/4h	
2024-10-25	금	08:36	-82.5	정서현/4h	
2024-10-26	토				
2024-10-27	일				
2024-10-28	월	08:36	-83.7	정서현/4h	
2024-10-29	화	08:34	-83.4	정서현/4h	
2024-10-30	수	08:34	-81.0	정서현/4h	
2024-10-31	목	08:36	-84.0	정서현/4h	