

디프리저(2) 온도기록지

위치: CTC 연구병동 앞

모델명: DF8520(J)

날짜	요일	시간	DEEFPREEZER(2)	작성자/서명	비고
			온도 -80도이하		
2024-11-01	금	08:54	-83.1	우용현/우	
2024-11-02	토				
2024-11-03	일				
2024-11-04	월	08:36	-83.6	우용현/우	
2024-11-05	화	08:43	-82.6	우용현/우	
2024-11-06	수	08:40	-81.3	우용현/우	
2024-11-07	목	08:39	-83.9	우용현/우	
2024-11-08	금	08:39	-83.3	우용현/우	
2024-11-09	토				
2024-11-10	일				
2024-11-11	월	08:40	-81.4	정서현/정	
2024-11-12	화	08:40	-81.1	정서현/정	
2024-11-13	수	08:41	-83.0	우용현/우	
2024-11-14	목	08:41	-82.2	우용현/우	
2024-11-15	금	08:39	-83.0	우용현/우	
2024-11-16	토				
2024-11-17	일				
2024-11-18	월	08:38	-83.9	우용현/우	
2024-11-19	화	08:41	-83.8	우용현/우	
2024-11-20	수	08:33	-81.0	우용현/우	
2024-11-21	목	08:38	-83.1	우용현/우	
2024-11-22	금	08:08	-84.1	우용현/우	
2024-11-23	토				
2024-11-24	일				
2024-11-25	월	08:08	-83.9	우용현/우	
2024-11-26	화	08:06	-83.3	우용현/우	
2024-11-27	수	08:15	-83.0	우용현/우	
2024-11-28	목	08:40	-81.1	우용현/우	
2024-11-29	금	08:41	-81.0	우용현/우	
2024-11-30	토				