

예 방 점 검 표

점검 확인	사용부서	심장혈관센터검사실			점검일자	2025-10-10
	점검자	김세연 (서명)	사용부서장	박법용 (서명)	의공담당자	박법용 (서명)

장비 재원	장비번호	FBAEA160001	장비명	심전도기		
	모델명	Electrocardiograph		Serial_No	453564653781	
	취득일	2016-11-14	대리점		제조사	

Check List

대상여부	점검사항	점검내용	대상여부	점검사항	점검내용
Y	외관 상태 점검	정상	Y	Power on/off	정상
Y	정상작동(Operation) 점검	정상		Error 상태 점검	
Y	Cleaning	정상		Self test function 점검	
Y	Alarm check	정상	Y	날짜/시간 Setting	정상
	설정에너지점검/50[J]/150[J]/200[J]			Output Power(Cut)	
	Output Power(Coagulation)		Y	Accessory 점검	정상
Y	조작판넬 기능 점검	정상		상황별 Clamp 작동 점검	
	주입속도 및 용량 점검			Battery 구동 시 작동 점검	
	누설전류 및 Safety 상태 점검			PC 부팅 점검	
	Display 점검			심박수(Heart rate) 점검	
	Network(ERP System, 이미지 등) 점검			기록장치(Printer) 점검	
	누수 점검		Y	보관대/Cart 상태 점검	정상
	Sound noise 점검			Plate 연결 상태 점검	
	3P 플러그의 접지단자와 의료기기간 점검			평균시간동안 중기압력 및 온도점검	
	고내의 기밀상태유지 점검(leak test)			배관 및 Chamber 상태 점검	
	소모성부품(Filter, Lamp 등) 점검			R-wave sync 점검	

기타	
종합의견	정상

예 방 점 검 표

점검 확인	사용부서	심장혈관센터검사실			점검일자	2025-10-10
	점검자	정미영 (서명)	사용부서장	이영환 (서명)	의공담당자	박법용 (서명)

장비 재원	장비번호	FBAE70002	장비명	심전도기		
	모델명	Electrocardiograph		Serial_No	CN11832425	
	취득일	2018-02-13	대리점		제조사	

Check List

대상여부	점검사항	점검내용	대상여부	점검사항	점검내용
Y	외관 상태 점검	정상	Y	Power on/off	정상
Y	정상작동(Operation) 점검	정상		Error 상태 점검	
Y	Cleaning	정상		Self test function 점검	
Y	Alarm check	정상	Y	날짜/시간 Setting	정상
	설정에너지점검/50[J]/150[J]/200[J]			Output Power(Cut)	
	Output Power(Coagulation)		Y	Accessory 점검	정상
Y	조작판넬 기능 점검	정상		상황별 Clamp 작동 점검	
	주입속도 및 용량 점검			Battery 구동 시 작동 점검	
	누설전류 및 Safety 상태 점검			PC 부팅 점검	
	Display 점검			심박수(Heart rate) 점검	
	Network(ERP System, 이미지 등) 점검			기록장치(Printer) 점검	
	누수 점검		Y	보관대/Cart 상태 점검	정상
	Sound noise 점검			Plate 연결 상태 점검	
	3P 플러그의 접지단자와 의료기기간 점검			멸균시간동안 증기압력 및 온도점검	
	고내의 기밀상태유지 점검(leak test)			배관 및 Chamber 상태 점검	
	소모성부품(Filter, Lamp 등) 점검			R-wave sync 점검	
기타					
종합의견	정상.				