





IP STORAGE TEMPERATURE LOG

Storage Subject	Description	Pharmaceutical Refrigerator	Storage Space	냉장고B 9134Room
	Manufacturer	SGM	Storage Period	2025.10
	Model Name	CS-600P	Temperature Range	2~8℃
	Serial Number	K600P0302510M	Setting Point	4.0℃
Calibration Subject	Description	무선 온도 측정 시스템	Min/Max Record	기기로 Min/Max 확인방법 없으며, 온도이탈시 알람, 지난 온도기록 이후 알람 없음을 확인 후 진행(월별 Min/Max : 다운로드 기록 지 2페이지에 표기)
	Manufacturer	TESTO		
	Model Name	Saveris2-T3		
	Serial Number	0054857013		
	Sensor Channel	CH2	Alarm Range	<2.5℃, >7.5℃, 즉시
	Date of Calibration	2025.10.1	Alarm Method	Mail,SMS to Pharmacist
	Date of Calibration Due	2026.10.1	Alarm Clear	NA
	Certificate No.	A25-1985-001		

Date	Time	Temperature(℃)			Verified by	Comment
		Min	Max	Current		
2025.10.01						
2025.10.02						
2025.10.03						개천절
2025.10.04						
2025.10.05						
2025.10.06						추석
2025.10.07						추석연휴
2025.10.08						대체공휴일
2025.10.09						한글날
2025.10.10						
2025.10.11						
2025.10.12						
2025.10.13						
2025.10.14						
2025.10.15						
2025.10.16						
2025.10.17						
2025.10.18						
2025.10.19						
2025.10.20						
2025.10.21						
2025.10.22						
2025.10.23						
2025.10.24						냉장고 입고
2025.10.25						
2025.10.26						
2025.10.27	P:45			6.1		10:30 IP 이동, 보관시작
2025.10.28	P:30			3.3		
2025.10.29	P:30			4.3		
2025.10.30	P:00			3.6		
2025.10.31	P:10			3.9		

date of copying

sign




임상시험약 보관장소(냉장B 2~8℃) _CH2_온도기록지

27/10/25 09:35:00 - 01/11/25 00:00:00

Date created 03/11/25 09:26:45

Created by Account Owner

°C ■ 임상시험약 보관장소(냉장B 2~8℃)_CH2 [°C]*





PDF 내 보내기

27/10/25 09:35:00 - 01/11/25 00:00:00

Date created 03/11/25 09:26:45

Created by Account Owner

측정된 값

위치 측정 포인트 그룹 지역		임상시험약 보관장소(냉장B 2~8°C)_CH2 [°C] 임상시험약 보관장소 임상약국	
하한 값			2.5
상한 값			7.5
평균 값			3.8
최소 값			3.3
최대 값			6.1
27/10/25	09:36:11		6.1
27/10/25	10:00:00		5.0
27/10/25	10:30:00		4.0
27/10/25	11:00:00		4.1
27/10/25	11:30:00		4.2
27/10/25	12:00:00		4.3
27/10/25	12:30:00		4.6
27/10/25	13:00:00		4.1
27/10/25	13:30:00		4.5
27/10/25	14:00:00		4.2
27/10/25	14:30:00		3.7
27/10/25	15:00:00		3.8
27/10/25	15:30:00		4.0
27/10/25	15:52:46		4.6
27/10/25	16:00:00		4.5
27/10/25	16:30:00		4.5
27/10/25	17:00:00		4.3
27/10/25	17:30:00		4.0
27/10/25	18:00:00		4.0
27/10/25	18:30:00		4.0
27/10/25	19:00:00		4.0
27/10/25	19:30:00		3.9
27/10/25	20:00:00		3.8
27/10/25	20:30:00		3.8
27/10/25	21:00:00		3.9
27/10/25	21:30:00		4.0
27/10/25	22:00:00		3.8
27/10/25	22:30:00		3.8
27/10/25	23:00:00		4.0
27/10/25	23:30:00		3.8
28/10/25	00:00:00		4.0
28/10/25	00:30:00		3.9
28/10/25	01:00:00		3.9
28/10/25	01:30:00		3.9
28/10/25	02:00:00		3.8
28/10/25	02:30:00		4.0
28/10/25	03:00:00		4.0
28/10/25	03:30:00		3.8



PDF 내 보내기

27/10/25 09:35:00 - 01/11/25 00:00:00

Date created 03/11/25 09:26:45

Created by Account Owner

위치		임상시험약 보관장소(냉장B 2~8°C)_CH2 [°C]
28/10/25	04:00:00	3.8
28/10/25	04:30:00	4.0
28/10/25	05:00:00	4.0
28/10/25	05:30:00	4.1
28/10/25	06:00:00	3.9
28/10/25	06:30:00	3.9
28/10/25	07:00:00	3.9
28/10/25	07:30:00	3.8
28/10/25	08:00:00	3.9
28/10/25	08:30:00	3.8
28/10/25	09:00:00	3.3
28/10/25	09:30:00	3.5
28/10/25	10:00:00	3.4
28/10/25	10:30:00	3.4
28/10/25	11:00:00	3.5
28/10/25	11:30:00	3.6
28/10/25	12:00:00	3.5
28/10/25	12:30:00	3.7
28/10/25	13:00:00	3.8
28/10/25	13:30:00	3.7
28/10/25	14:00:00	3.9
28/10/25	14:30:00	3.7
28/10/25	15:00:00	3.8
28/10/25	15:30:00	3.9
28/10/25	16:00:00	3.7
28/10/25	16:30:00	3.6
28/10/25	17:00:00	3.7
28/10/25	17:30:00	3.8
28/10/25	18:00:00	3.7
28/10/25	18:30:00	3.8
28/10/25	19:00:00	3.8
28/10/25	19:30:00	3.8
28/10/25	20:00:00	3.8
28/10/25	20:30:00	3.8
28/10/25	21:00:00	3.7
28/10/25	21:30:00	3.7
28/10/25	22:00:00	3.6
28/10/25	22:30:00	3.6
28/10/25	23:00:00	3.7
28/10/25	23:30:00	3.7
29/10/25	00:00:00	3.7
29/10/25	00:30:00	3.9
29/10/25	01:00:00	3.8
29/10/25	01:30:00	3.8
29/10/25	02:00:00	3.6
29/10/25	02:30:00	3.6
29/10/25	03:00:00	3.7
29/10/25	03:30:00	3.8
29/10/25	04:00:00	3.8
29/10/25	04:30:00	3.7



PDF 내 보내기

27/10/25 09:35:00 - 01/11/25 00:00:00

Date created 03/11/25 09:26:45

Created by Account Owner

위치		임상시험약 보관장소(냉장B 2~8°C)_CH2 [°C]
29/10/25	05:00:00	3.7
29/10/25	05:30:00	3.7
29/10/25	06:00:00	3.8
29/10/25	06:30:00	3.7
29/10/25	07:00:00	3.8
29/10/25	07:30:00	3.8
29/10/25	08:00:00	3.7
29/10/25	08:30:00	3.6
29/10/25	09:00:00	4.3
29/10/25	09:30:00	4.1
29/10/25	10:00:00	3.7
29/10/25	10:30:00	3.7
29/10/25	11:00:00	3.5
29/10/25	11:30:00	3.6
29/10/25	12:00:00	3.8
29/10/25	12:30:00	3.6
29/10/25	13:00:00	3.9
29/10/25	13:30:00	3.9
29/10/25	14:00:00	3.7
29/10/25	14:30:00	3.7
29/10/25	15:00:00	3.9
29/10/25	15:30:00	3.8
29/10/25	16:00:00	3.6
29/10/25	16:30:00	3.6
29/10/25	17:00:00	3.8
29/10/25	17:30:00	3.6
29/10/25	18:00:00	3.6
29/10/25	18:30:00	3.7
29/10/25	19:00:00	3.6
29/10/25	19:30:00	3.8
29/10/25	20:00:00	3.8
29/10/25	20:30:00	3.6
29/10/25	21:00:00	3.7
29/10/25	21:30:00	3.9
29/10/25	22:00:00	3.7
29/10/25	22:30:00	3.6
29/10/25	23:00:00	3.8
29/10/25	23:30:00	3.8
30/10/25	00:00:00	3.6
30/10/25	00:30:00	3.6
30/10/25	01:00:00	3.8
30/10/25	01:30:00	3.7
30/10/25	02:00:00	3.6
30/10/25	02:30:00	3.8
30/10/25	03:00:00	3.8
30/10/25	03:30:00	3.7
30/10/25	04:00:00	3.6
30/10/25	04:30:00	3.8
30/10/25	05:00:00	3.8
30/10/25	05:30:00	3.6



PDF 내 보내기

27/10/25 09:35:00 - 01/11/25 00:00:00

Date created 03/11/25 09:26:45

Created by Account Owner

위치		임상시험약 보관장소(냉장B 2~8°C)_CH2 [°C]
30/10/25	06:00:00	3.6
30/10/25	06:30:00	3.6
30/10/25	07:00:00	3.7
30/10/25	07:30:00	3.8
30/10/25	08:00:00	3.7
30/10/25	08:30:00	3.6
30/10/25	09:00:00	3.8
30/10/25	09:30:00	3.8
30/10/25	10:00:00	3.6
30/10/25	10:30:00	3.6
30/10/25	11:00:00	3.8
30/10/25	11:30:00	3.9
30/10/25	12:00:00	3.8
30/10/25	12:30:00	3.8
30/10/25	13:00:00	3.9
30/10/25	13:30:00	3.6
30/10/25	14:00:00	3.6
30/10/25	14:30:00	3.7
30/10/25	15:00:00	3.8
30/10/25	15:30:00	3.8
30/10/25	16:00:00	3.6
30/10/25	16:30:00	3.6
30/10/25	17:00:00	3.7
30/10/25	17:30:00	3.8
30/10/25	18:00:00	3.9
30/10/25	18:30:00	3.8
30/10/25	19:00:00	3.9
30/10/25	19:30:00	3.7
30/10/25	20:00:00	3.6
30/10/25	20:30:00	3.7
30/10/25	21:00:00	3.8
30/10/25	21:30:00	3.8
30/10/25	22:00:00	3.7
30/10/25	22:30:00	3.6
30/10/25	23:00:00	3.6
30/10/25	23:30:00	3.8
31/10/25	00:00:00	3.8
31/10/25	00:30:00	3.8
31/10/25	01:00:00	3.9
31/10/25	01:30:00	3.9
31/10/25	02:00:00	4.0
31/10/25	02:30:00	4.0
31/10/25	03:00:00	3.9
31/10/25	03:30:00	3.9
31/10/25	04:00:00	3.9
31/10/25	04:30:00	3.9
31/10/25	05:00:00	4.0
31/10/25	05:30:00	4.0
31/10/25	06:00:00	3.9
31/10/25	06:30:00	4.0



PDF 내 보내기

27/10/25 09:35:00 - 01/11/25 00:00:00

Date created 03/11/25 09:26:45

Created by Account Owner

위치		임상시험약 보관장소(냉장B 2~8°C)_CH2 [°C]
31/10/25	07:00:00	4.0
31/10/25	07:30:00	4.0
31/10/25	08:00:00	3.9
31/10/25	08:30:00	3.9
31/10/25	09:00:00	3.9
31/10/25	09:30:00	4.2
31/10/25	10:00:00	4.1
31/10/25	10:30:00	3.8
31/10/25	11:00:00	3.8
31/10/25	11:30:00	3.8
31/10/25	12:00:00	3.9
31/10/25	12:30:00	3.9
31/10/25	13:00:00	3.9
31/10/25	13:30:00	3.9
31/10/25	14:00:00	3.8
31/10/25	14:30:00	3.8
31/10/25	15:00:00	3.9
31/10/25	15:30:00	4.0
31/10/25	16:00:00	3.9
31/10/25	16:30:00	3.9
31/10/25	17:00:00	4.0
31/10/25	17:30:00	4.1
31/10/25	18:00:00	4.1
31/10/25	18:30:00	3.9
31/10/25	19:00:00	3.8
31/10/25	19:30:00	3.9
31/10/25	20:00:00	4.0
31/10/25	20:30:00	4.0
31/10/25	21:00:00	4.0
31/10/25	21:30:00	3.9
31/10/25	22:00:00	3.9
31/10/25	22:30:00	4.0
31/10/25	23:00:00	4.0
31/10/25	23:30:00	3.9
01/11/25	00:00:00	3.9