



# 교 정 성 적 서

CALIBRATION CERTIFICATE

한국에이.엔.디(주)

경기도 하남시 미사강변한강로 135 스카이폴리스  
다동 733~735호

Tel: 02-842-4101, Fax: 02-842-4102

성적서 번호

A26-2497-001

페이지 ( 1 ) / ( 총 2 )



## 1. 의뢰자 (Client)

기관명 (Name) : 동국대학교 의료원 (일산)  
주 소 (Address) : 경기도 고양시 일산동구 동국로 27 (식사동)

## 2. 측정기 (Calibration Subject)

기기명 (Description) : 디지털 온도계  
제작회사 및 형식 (Manufacturer and Model Name) : TEST0 / Saveris 2-T3  
기기번호 (Serial Number) : 0054857013

## 3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2026. 08. 31

## 4. 교정환경 (Environment)

온 도 (Temperature) : (23.2 ± 0.4) °C 습 도 (Humidity) : (57 ± 4) % R.H.  
교정장소 (Location) : 고정표준실 (Permanent Calibration Lab.)  
주 소 (Address) : 경기도 하남시 미사강변한강로 135 스카이폴리스 다동 733~735호

## 5. 측정표준의 소급성 (Traceability)

교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description)  
상기 기기는 온도 지시계; 지시/기록/조절계의 교정지침서 (AND-CS-50102)에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 유지된 당사의 보유 표준장비를 사용하여 교정을 실시하였음.

교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

| 기 기 명<br>(Description) | 제작회사 및 형식<br>(Manufacturer and Model Name) | 기기번호<br>(Serial Number) | 차기교정예정일자<br>(The due date of next calibration) | 교정기관<br>(Calibration laboratory) |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 디지털온도계                 | TERMEX/LTA-E                               | 872520                  | 2026. 12. 23.                                  | AND                              |
| CALIBRATION BATH       | TERMEX/THERMOTEST-100-40                   | 702130                  | 2026. 12. 19.                                  | AND                              |

## 6. 교정결과 (Calibration result) : 교정결과 참조

## 7. 측정불확도 (Measurement uncertainty) : 교정결과 참조

| 확 인<br>(affirmation) | 작 성 자 (Measurements performed by) | 승 인 자 (Approved by)                                 |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                      | 성 명 ( Name ) : 박 귀 남              | 직 위 (Title) : 기 술 책 임 자 (정)<br>성 명 ( Name ) : 박 종 환 |

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다.

2026. 08. 31

한국인정기구 인정

한국 에이.엔.디(주) 대표이사 (인)

A&D Korea Co., Ltd.



- ① 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.  
 ② 이 성적서는 상기 교정기기에 한하여 유효하며, 한국 에이.엔.디(주) 대표이사 승인없이 수정 또는 재발행 할 수 없습니다.  
 ③ 이 성적서의 진위여부 확인이 필요할 시 02-842-4101로 연락주시기 바랍니다.



# 교 정 결 과

CALIBRATION RESULTS

한국에이.엔.디(주)

경기도 하남시 미사강변한강로 135 스카이폴리스  
다동 733~735호

Tel: 02-842-4101, Fax: 02-842-4102

성적서 번호

A26-2497-001

페이지 ( 2 ) / ( 총 2 )



## 1. 교 정 기 기

- 기 기 명(Description) : 디지털 온도계
- 제작회사 및 형식(Manufacturer and Model Name) : TESTO / Saveris 2-T3
- 기기번호(Serial Number) : 0054857013

## 2. 온 도

| CH | 기준온도 (℃) | 측정온도 (℃) | 보정값 (℃) | 측정불확도 (℃)               |
|----|----------|----------|---------|-------------------------|
|    |          |          |         | (신뢰수준 약 95 %, $k = 2$ ) |
| 1  | 2.0      | 1.9      | 0.1     | 0.2                     |
|    | 4.0      | 4.2      | -0.2    | 0.2                     |
|    | 6.0      | 6.4      | -0.4    | 0.2                     |
| 2  | 2.0      | 1.7      | 0.3     | 0.2                     |
|    | 4.0      | 4.0      | 0.0     | 0.2                     |
|    | 6.0      | 6.0      | 0.0     | 0.2                     |

※ Measurement Method : Including Sensor

※ Sensor TYPE : TC (T-TYPE)

※ Sensor 1 S/N : 001 / Sensor 2 S/N : 002

※ 보정값 = (기준온도 - 측정온도). 끝.